

uveřejnění na profilu zadavatele

<https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFakultni-nemocniceOstrava>

Naše značka
CN-18/23/Chy.

Vyřizuje / linka / e-mail
Jana Chytilová
odb. veřejných zakázek
tel.: 59 737 3452
jana.chytilova@fno.cz

Váš dopis zn. ze dne

V Ostravě

12.6. 2023

Věc: Vysvětlení Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Název zadávacího řízení (ZŘ): „Chladicí a mrazicí technika“
Číslo ZŘ ve FN Ostrava: CN-18/23
(dále jen také „VZ“, „ZŘ“)

Na základě žádosti o vysvětlení Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu (dále jen „Výzva/ZD“), kterou jsme obdrželi dne 08. 06. 2023, Vám v souladu s bodem 21 Výzvy/ZD poskytujeme toto vysvětlení Výzvy/ZD:

Dotaz:

V technické specifikaci je uvedeno: Maximální vnější rozměry (V x Š x H): 96 x 66 x 76 cm tolerance ± 10 % NE Dotaz: Můžeme nabídnout hlubokomrazicí box, ale rozměry se liší. Ostatní parametry přístroj splňuje. Akceptoval by zadavatel přístroj s rozměry (V x Š x H): 83 x 93,35 x 63,05 cm?

Vysvětlení ZD:

Zadavatel trvá na parametrech uvedených v medicínsko technické specifikaci. Povolené maximální vnější rozměry jsou pevně nastaveny z důvodu provozu a umístění boxu na daném pracovišti KHO.

S pozdravem

Ing. Igor Smetana
vedoucí odboru veřejných zakázek



Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790/5 / 708 52 Ostrava-Poruba
Telefon: +420 597 371 111 / Fax: +420 596 917 340
E-mail: posta@fno.cz / www.fno.cz / datová schránka: u2nmpm2
DIČ: CZ00843989 / IČO: 00843989
Číslo účtu: ČNB Ostrava, 66332761/0710

Kód MTZ: 3602033