

Veřejná zakázka s názvem:

Neurochirurgický operační mikroskop

zadávaná dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), která byla zveřejněna v elektronickém tržišti TENDER ARENA pod ID zakázky: VZ0186360.

ZADAVATEL:

Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5 - Motol
IČO: 00023884
Vyřizuje: Bc. Martin Převrátíl

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 dle ust. § 98 ZZVZ

Na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace shora uvedený zadavatel poskytuje v souladu s § 98 ZZVZ dodavatelům následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Dobrý den,

vznášíme tímto žádost o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky „Neurochirurgický operační mikroskop“:

Zadávací dokumentace, Příloha č. 2 ZD Technická specifikace:

Integrovaný LAN interface, RJ45, min. 1 Gbps, Systém musí podporovat síťový protokol 802.1X pro autentizaci zařízení, včetně fixní MAC adresy.

Námi nabízené zařízení nepodporuje síťový protokol 802.1X pro autentizaci zařízení.

Dotaz: Akceptuje zadavatel:

Integrovaný LAN interface, RJ45, min. 1 Gbps, včetně fixní MAC adresy

Odpověď zadavatele

Zadavatel je povinen plnit požadavky zákona č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti, které není možné dodržet, pokud systém nebude splňovat požadované parametry vč. podpory síťového protokolu 802.1X pro autentizaci zařízení, proto zadavatel nemůže od tohoto požadavku ustoupit. Bude proto i nadále požadovat u systému podporu tohoto protokolu, avšak aby poskytl dodavatelům prostor pro přizpůsobení se tomuto požadavku, bude nutné integrovat podporu síťového protokolu 802.1X pro autentizaci zařízení do jednoho roku od předání předmětu veřejné zakázky do užívání zadavateli.

DICOM kompatibilita – DICOM Verification/Service, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve včetně Multimodality Query/Retrieve, DICOM Worklist. Dodání dokumentu DICOM Conformance Statement

Vzhledem k obvyklému použití neurochirurgického operačního mikroskopu nejsou funkce DICOM Print a DICOM Retrieve potřeba a proto je u našeho zařízení nenabízíme.

Dotaz: Akceptuje zadavatel:

DICOM kompatibilita – DICOM Verification/Service, DICOM Storage, DICOM Query včetně Multimodality Query, DICOM Worklist. Dodání dokumentu DICOM Conformance Statement.

Odpověď zadavatele

Zadavatel vzhledem ke způsobu užívání předmětu VZ (zařízení slouží výhradně ke čtení informací) akceptuje navrhované řešení požadavku na DICOM kompatibilitu.

Změna a doplnění zadávací dokumentace č. 1 dle ust. § 99 ZZVZ
--

Změna ZD č. 1.1

Zadavatel upravuje v příloze č. 2 ZD - „Technická specifikace“ požadavky na podporu síťového protokolu 802.1X a požadavky na DICOM kompatibilitu ve shodě s výše uvedeným vysvětlením zadávací dokumentace.

Změna ZD č. 1.2

Zadavatel vkládá do přílohy č. 4 ZD - „Návrh kupní smlouvy“ do čl. II. ustanovení o závazku k podpoře síťového protokolu 802.1X do jednoho roku od předání předmětu veřejné zakázky zadavateli do užívání ve shodě s výše uvedeným vysvětlením zadávací dokumentace a do čl. IX vkládá ustanovení o sankci za nedodržení výše uvedeného závazku.

Změna ZD č. 1.3

Zadavatel upravuje v příloze č. 4 ZD - „Návrh kupní smlouvy“ znění ustanovení čl. XII., kterým upřesňuje své požadavky na kybernetickou bezpečnost vyplývající z legislativních norem.

Nové znění těchto dokumentů bude uveřejněno spolu s touto změnou zadávací dokumentace a změny v nich budou zvýrazněny červenou barvou písma.

Jelikož provedené změny a doplnění zadávací dokumentace mohou rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, rozhodl zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 o prodloužení lhůty pro podání nabídek k této veřejné zakázce, a to tak, aby od odeslání změny zadávací dokumentace činila celou svou původní délku.

Zadavatel oznamuje prodloužení lhůty pro podání nabídek pro VZ, konkrétní lhůta včetně veškerých dokumentů je uveřejněna na profilu zadavatele:

www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilHomolka.

V Praze dne

Ing. Tomáš Hadžega
náměstek pro ekonomiku a provoz
Nemocnice Na Homolce