



Zadavatel:

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Technická 1905/5, Praha 6, PSČ 166 28

IČO 604 61 373

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

Veřejná zakázka s názvem:

POSTUP_Laboratorní sklo

Zadavatel tímto poskytuje v souladu s čl. 11 Výzvy k podání nabídek vysvětlení zadávacích podmínek bez předchozí žádosti dodavatele.

Zadavatel upravil minimální technické požadavky na část předmětu plnění a to konkrétně u položky č. 1 – Chladiče dle Dimrotha z chemického skla se dvěma zábrusy NZ 14/23, u které je nově požadována délka chladicího pláště **12 cm**.

Současně byla v návrhu kupní smlouvy upravena lhůta pro dodání zboží, a to do 4 měsíců ode dne účinnosti smlouvy.

Dodavatelé jsou povinni se při zpracování své nabídky řídit informacemi uvedenými v tomto dokumentu a zpracovat svou nabídku v souladu s těmito informacemi.

Dodavatelé k podání nabídky využijí nově uveřejněné přílohy č. 2 a 3.

Vzhledem k povaze provedených změn zadávacích podmínek prodlužuje Zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek: 30. 4. 2018 9:00.

Přílohy:

1/ Příloha č. 2 – Kupní smlouva_19042018.docx

2/ Příloha č. 3 – Specifikace položek předmětu plnění a cenová nabídka_19042018.xlsx

V Praze dne 19. 4. 2018

Ing. Jiří Prokš

Oddělení veřejných zakázek

VŠCHT Praha