

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 28.3.2019

ZADAVATEL: Fakultní nemocnice v Motole
Sídlem: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol
Zastoupený: JUDr. Ing. Miloslavem Ludvíkem, MBA
IČO: 00064203

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU: FN Motol – Uzavřený odsávací systém

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Maximální nabídková cena u částí 2. a 3 vykazuje velký cenový rozdíl (213/ks) - část 2 požadujete 154 Kč za ks a část 3 požadujete 367 Kč za ks. Přičemž technická specifikace je pro obě části skoro stejná, jediný rozdíl je v délce - část 2 požadujete 54 cm a 58 cm pro část 3. Nejedná se o administrativní chybu?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel uvádí, že se nejedná o administrativní chybu. Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky dle § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

U obou částí 2. a 3. požadujete zahnutou špičku?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

ANO. Zadavatel trvá na zadání.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Lhůta pro podání nabídek se tímto nemění.

S pozdravem



.....
Elena Savva
Oddělení obchodní administrace
Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5