



PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

vyhotovená podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel:	Fakultní nemocnice Bulovka
Sídlo:	Budínova 67/2, 180 81 Praha 8
IČO:	00064211
Statutární orgán:	Mgr. Jan Kvaček, ředitel nemocnice
Profil zadavatele:	https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Bulovka

B. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky	„FN Bulovka – obnova přístrojového vybavení RDG“ - Dodávka skiagrafického RTG (2 ks)
Druh zadávacího řízení	otevřené řízení
Evidenční číslo veřejné zakázky:	Z010/2024
Datum zahájení zadávacího řízení:	15.02.2024

C. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem plnění VZ je dodávka 2 ks RTG včetně příslušenství dle technické specifikace, a dále pak poskytování záručního a pozáručního servisu.

D. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A UVEDENÍ JEJICH NABÍDKOVÝCH CEN

Dodavatel č. 1:	Electric Medical Service, s.r.o.
IČO:	49970267
Sídlo:	Ledce 74, 66462
Nabídková cena	13 577 400,00 Kč

Dodavatel č. 2:	EXRAY, s.r.o.
IČO:	01647580
Sídlo:	č.p. 213, 271 01 Rynholec
Nabídková cena:	13 418 700,00 Kč

Dodavatel č.3:	F medical, s.r.o.
IČO:	02464454
Sídlo:	Jana Krušinky 1737/6, 500 02 Hradec Králové
Nabídková cena	9 763 500,00 Kč

E. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKŮ VYLOUČENÝCH Z ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ, VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ JEJICH VYLOUČENÍ

Dodavatel č.3: F medical, s.r.o.
IČO: 02464454
Sídlo: Jana Krušinky 1737/6, 500 02 Hradec Králové

Po provedení hodnocení nabídek zadavatel posoudil nabídku dodavatele F medical, s.r.o., která se umístila jako první v pořadí dle výsledku hodnocení nabídek, a následně rozhodl dne 7.8.2024 o vyloučení účastníka v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ.

Odůvodnění:

Při posouzení splnění podmínek účasti zadavatel shledal, že údaje a doklady předložené účastníkem F medical, s. r.o. v nabídce nesplňují zadávací podmínky, a to z níže uvedených důvodů:

Zadavatel v rámci technické specifikace obsažené v příloze č. 3 zadávací dokumentace veřejné požadoval v řádce 95, bod I.2 – Skiagrafický RTG přístroj stacionární se stropním závěsem pro pneumologii: „Aktivní plocha min. **41,5 x 34,5 cm**“.

Výrobce ve svých oficiálních materiálech uvádí rozměry tzv. totální aktivní plochy (Pixel Matrix) „2476 x 3072 (344mm x 427mm)“, které odpovídají celkovému počtu (rozměru) pixelové matice, nikoli však reálné aktivní ploše, která je pouhých „2436 x 3032 (338mm x 421mm)“, resp. **33,8 cm x 42,1 cm**. Z těchto dostupných informací jasně vyplývá, že přístroj nabízený Účastníkem nesplňuje zadavatelem požadovaný parametr, a to i v případě, kdyby zadavatel akceptoval rozměr totální aktivní plochy a nikoli pouze plochy reálné aktivní. Zadavatelem požadovaný minimální technický parametr přístroje, co se týče velikosti aktivní plochy jeho senzoru („Aktivní plocha min. 41,5x34,5 cm), není účastníkem ve vztahu k jím nabízenému přístroji splněn.

F. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELE, SE KTERÝM BYLA UZAVŘENA SMLOUVA

Dodavatel č. 2: EXRAY, s.r.o.
IČO: 01647580
Sídlo: č.p. 213, 271 01 Rynholec

G. ODŮVODNĚNÍ VÝBĚRU DODAVATELE, SE KTERÝM BYLA UZAVŘENA SMLOUVA

Zadavatel vybral k uzavření smlouvy výše uvedeného dodavatele, neboť jeho nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek. Vybraný dodavatel splnil veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení a další podmínky pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku.

Nabídky byly hodnoceny v souladu s čl. 9 zadávací dokumentace stanovené pro dané zadávací řízení, kde zadavatel stanovil, že v souladu s § 114 odst. 2 ZZVZ bude ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit podle poměru nákladů životního cyklu a kvality. Zadavatel stanovil 2 kritéria hodnocení, a to Kritérium 1 náklady životního cyklu s vahou 70 % (dále jen „Kritérium 1“) a Kritérium 2 kvalitativní vlastnosti Přístroje s vahou 30 % (dále jen Kritérium 2“).

Celkové hodnocení nabídek

U každého účastníka byl sečten počet bodů získaných tímto účastníkem v rámci Kritéria 1 s počtem bodů získaných tímto účastníkem v rámci Kritéria 2. Jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka účastníka, který získal nejvyšší celkový počet bodů.

Celkový počet bodů získaných jednotlivými účastníky (pořadí účastníků podle celkového počtu získaných bodů):

1. Electric Medical Service, s.r.o. – celkem 75,34 bodů
2. EXRAY, s.r.o. – celkem 80,93 bodů

Na základě výše uvedeného zadavatel vyhodnotil jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku účastníka EXRAY, s.r.o., se sídlem č.p. 213, 271 01 Rynholec.

H. CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ

13 418 700,00 Kč bez DPH

I. ODŮVODNĚNÍ ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

J. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PODDODAVATELŮ DODAVATELE, SE KTERÝM BYLA UZAVŘENA SMLOUVA, KTERÍ JSOU ZADAVATELI ZNÁMI

Poddodavatel:	XXXXXXXXX
IČO:	XXXXXXXXX
Sídlo:	XXXXXXXXX

K. ODŮVODNĚNÍ NEROZDĚLENÍ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA ČÁSTI

S ohledem na předmět zakázky se zadavateli nejevilo jako účelné, hospodárné a efektivní dělit předmět veřejné zakázky na jednotlivé části. Předmět veřejné zakázky je po technické specifikaci nastaven tak, že je určen pro stejný okruh potencionálních výrobců/dodavatelů a současně nerozdělením veřejné zakázky nedochází k omezení hospodářské soutěže. Při zadání veřejné zakázky jednomu výrobcí/dodavateli tak lze očekávat významnější ekonomickou úsporu z rozsahu, nehledě nato, že takový výrobce/dodavatel nemusí nést břemeno podávání dalších nabídek do dalších částí veřejné zakázky, která by mu naopak umožnila nastavit nabídky cenově méně výhodně než v případě podání jedné cenové nabídky s celkovou nabídkovou cenou.

Mgr. Jan Kvaček
ředitel Fakultní nemocnice Bulovka