



Oddělení veřejných zakázek

Fakultní nemocnice Olomouc vypisuje v souladu s ust. § 31 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek veřejnou zakázku malého rozsahu VZ-2021-000400 s názvem:

„Kašlací asistent“

1. Informace o zadavateli:

Fakultní nemocnice Olomouc, se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, IČO: 00098892
zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem FNOL
kontaktní osoba: Ing. Pavel Dočkal, tel. 588 443 138, email: pavel.dockal@fnol.cz

2. Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu, zajištění záručního a pozáručního servisu 2 ks přístrojů k podpoře vykašlávání pro Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a oddělení Následné intenzivní péče a Dlouhodobé intenzivní ošetrovatelské péče (NIP/DIOP) ve Fakultní nemocnici Olomouc a provedení zaškolení personálu; dle specifikace předmětu zakázky uvedené v této výzvě k podání nabídky a v příloze č. 5 této výzvy k podání nabídek. V případě, že součástí předmětu plnění nebudou splňovat minimální technické podmínky stanovené zadávací dokumentací, nebude nabídka zařazena do hodnocení nabídek.

Součástí předmětu plnění jsou dodávky spotřebního nutného pro provoz přístroje.

Cena zařízení bude konečná, bude zahrnovat veškeré náklady včetně kompletace, dopravy, uvedení do provozu, likvidace obalového odpadu, bezplatnou instruktáž.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu je 575 780,- Kč bez DPH.

Z toho:

Předpokládaná hodnota za pořízení a dodávku 2 ks zařízení je 220 600,- Kč bez DPH a je stanovena jako maximální a nepřekročitelná hodnota nabídkové ceny.

Předpokládaná hodnota za pozáruční servis 2 ks zařízení (pravidelné servisní náklady, modelové servisní náklady na dobu 8 let a náklady na případnou další instruktáž) je 26 500,- Kč bez DPH a je stanovena jako maximální a nepřekročitelná hodnota nabídkové ceny.

Předpokládaná hodnota budoucího odběru spotřebního materiálu pro 2 ks zařízení je ve výši 328 680,- Kč bez DPH a je stanovena jako maximální a nepřekročitelná hodnota nabídkové ceny.

3. Specifikace

- Přístroj pomáhá při čištění bronchiální sekrece z pacienta (asistence při vykašlávání)
- musí být neinvazivní a snižuje riziko poškození dýchacích cest
- musí být na principu pozvolné aplikace pozitivního tlaku s následnou rychlou změnou na negativní tlak v dýchacích cestách
- musí mít manuální a automatický režim
- musí mít funkci synchronizace s dýcháním pacienta
- musí být pro dospělé i pediatrické pacienty
- musí mít volitelnou funkci oscilací při nádechu, výdechu nebo u obou zároveň
- Přístroj lze použít s obličejovou maskou
- Přístroj lze použít s obličejovou s náustkem nebo endotracheální rourkou (pomocí adaptéru)
- Inhalační tlak přístroje musí být v rozmezí minimálně 5 až 70 cmH₂O
- Expirační tlak přístroje musí být v rozmezí minimálně 0 až -70 cmH₂O
- Frekvence přístroje musí být v rozmezí minimálně od 4 do 20 Hz
- Amplituda přístroje musí být v rozmezí minimálně od 1 do 3 cmH₂O
- Doba inhalace musí být v rozmezí minimálně 0,5 až 5 s
- Doba expirace musí být v rozmezí minimálně 0,5 až 5 s
- musí mít integrovanou baterii pro případ výpadku elektrické energie s minimální výdrží 15 minut



Součást dodávky

- Součástí dodávky pro každý přístroj je kompletní spotřební materiál pro 5 použití pro dospělého pacienta k použití ihned
- Součástí dodávky pro 1 přístroj budou tyto velikosti a kusy masek: 3 ks velikosti M a 2 ks velikosti L
- Součástí dodávky každého přístroje je transportní taška pro uskladnění a transport

Spotřební materiál

- Součástí nabídky je předpokládaný odběr spotřebního materiálu po celou dobu životnosti přístroje (8let) pro dospělého pacienta, tj. 830 pacientů na 2 přístroje za 8 let.
- Účastník uvede kompletní seznam spotřebního materiálu s katalogovými čísly a cenami

Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž

- Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
- Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
- Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje

Obecné požadavky

- Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
- Životnost přístroje minimálně 8 let

4. Místo a doba plnění

Místo plnění: Fakultní nemocnice Olomouc, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a oddělení NIP/DIOP

Předpokládaný termín podpisu smlouvy: 6/2021

5. Podání nabídek

Každý účastník je oprávněn podat pouze jednu nabídku, varianty nabídek nejsou přípustné.

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 13. 5. 2021 v 10 hodin.

Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele:

(www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol).

Podrobné informace o podání nabídek jsou uvedeny v příloze č. 6 – Informace k podání nabídek v elektronické podobě.

6. Hodnotící kritéria

Hodnotícím kritériem je nejnížší nabídková cena v Kč bez DPH.

Nabídková cena bude tvořena součtem nákladů na pořízení a servisních nákladů (pravidelné servisní náklady, modelové servisní náklady na dobu 8 let a náklady na případnou další instruktáž) a předpokládaného odběru spotřebního materiálu nutného pro provoz přístroje po celou dobu životnosti přístroje (8let). Hodnotit se bude nabídková cena z vyplněného krycího listu nabídkové ceny, který tvoří přílohu č. 1 této výzvy k podání nabídek.

7. Obchodní podmínky a návrh smlouvy

Zadavatel stanovil pro plnění předmětu veřejné zakázky obchodní podmínky formou závazného textu kupní smlouvy, který je uveden v příloze č. 2 této výzvy, závazného návrhu smlouvy o provádění komplexních servisních služeb, který je uveden v příloze č. 3 této výzvy a závazného textu kupní smlouvy na nákup spotřebního materiálu, který je uveden v příloze č. 4 této výzvy

Uchazeč doplní do textu smluv pouze údaje určené k doplnění a tytéž smlouvy vrátí jako součást nabídky zadavateli.

Důle také uchazeč vyplní přílohu č. 1 ke smlouvě kupní a ke smlouvě o provádění komplexních servisních služeb, jež bude obsahovat technické specifikace zařízení a ke smlouvě o provádění komplexních servisních služeb Přílohu č. 2 - Seznam spotřebního materiálu k provedení servisu.

Návrhy smlouvy musí být podepsány statutárním orgánem uchazeče v souladu s oprávněním jednat jménem uchazeče uvedeným v obchodním rejstříku popř. jiné evidenci, ve které je uchazeč zapsán.

Změny ve smlouvách bude zadavatel považovat za porušení podmínek zadávacího řízení. V takovém případě nebude nabídka uchazeče hodnocena.



8. Nabídka v českém jazyce musí obsahovat

- ✓ vyplněnou přílohu č. 1 – Krycí list nabídkové ceny,
- ✓ doplněnou přílohu č. 1a – Příloha krycího listu nabídkové ceny
- ✓ návrh kupní smlouvy v závazné podobě dle přílohy č. 2 této výzvy,
- ✓ návrh smlouvy o provádění komplexních servisních služeb v závazné podobě dle přílohy č. 3 této výzvy,
- ✓ návrh kupní smlouvy na spotřební materiál v závazné podobě dle přílohy č. 4 této výzvy,
- ✓ seznam spotřebního materiálu s cenami dle přílohy č. 4a jako nedílná součást této smlouvy,
- ✓ vyplněnou tabulku v příloze č. 5 – Splnění minimálních technických podmínek,
- ✓ technickou specifikaci výrobku s údaji požadovanými v zadání pro kontrolu plnění zadaných parametrů a podmínek,
- ✓ ES prohlášení o shodě (EC Declaration of conformity) dle příslušných ES směrnic,
- ✓ certifikát servisního technika vystavený výrobcem, v případě jinojazyčného vyhotovení včetně prostého překladu v českém jazyce,
- ✓ certifikát školitele vystavený výrobcem (zdravotnické prostředky), v případě jinojazyčného vyhotovení včetně prostého překladu v českém jazyce,

9. Ostatní podmínky

- ✓ Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je uchazeč oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci.
- ✓ Veškerá komunikace v rámci zadávacího řízení probíhá v českém jazyce. V případě komunikace v jiném jazyce musí být překlad do českého jazyka její součástí. V případě nesouladu znění českého a cizojazyčného textu se bere za směrodatný text v českém jazyce.
- ✓ Nabídka musí být zpracována a podána v českém jazyce. Cizojazyčné doklady musí být předloženy spolu s prostým překladem do českého jazyka. Výjimku tvoří doklady ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce, které mohou být bez překladu. Výjimku dále tvoří technická dokumentace (prospekty, katalogové listy apod.), které zadavatel může akceptovat také v anglickém jazyce.
- ✓ Zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení důvodu.
- ✓ Zadávací řízení se neřídí ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, kromě ustanovení § 6 a § 31 zákona o zadávání veřejných zakázek

MUDr. Eleni Mikušková
náměstkyně léčebné péče
Fakultní nemocnice Olomouc

.....
MUDr. Eleni Mikušková
náměstkyně léčebné péče Fakultní nemocnice Olomouc

Přílohy: Příloha č. 1 - Krycí list nabídkové ceny
Příloha č. 1a – Příloha krycího listu nabídkové ceny
Příloha č. 2 - Návrh kupní smlouvy
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o provádění komplexních servisních služeb
Příloha č. 4 - Návrh kupní smlouvy na spotřební materiál
Příloha č. 4a – Seznam spotřebního materiálu
Příloha č. 5 - Splnění minimálních technických podmínek
Příloha č. 6 - Informace k elektronickému podání nabídek