

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

pro zadání nadlimitní veřejné zakázky
na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

s názvem

Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - Zdravotnické přístroje - I



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Pro část 5 - Ventilátory

Zadavatel uvádí v technické specifikaci – Stacionární ventilátor nejvyšší řady 2 ks

Bod. 4 - automatický zpětnovazební ventilační režim udržující ventilační parametry pacienta, hodnotící aktuální fyziologické parametry pacienta, a dle naměřených hodnot ETCO2 upravující parametry ventilace pro odvykání z UPV

Domníváme se správně, že zadavatel požaduje přesný typ ventilátoru, jelikož tento bod vyřadí všechny ostatní možné uchazeče a umožní se účastnit jen jedinému dodavateli? Bude zadavatel akceptovat i ventilátor bez zpětnovazebního režimu s Automatickou úpravou parametrů?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel se na základě dostupných materiálů, které získal v průběhu průzkumu trhu, nedomnívá, že je tento parametr eliminačního charakteru – respektive dle dostupných informací existují více dodavatelů, kteří jsou toto kritérium schopni se svým portfoliem splnit.

Současně zadavatel již disponuje přístrojem obdobných technických parametrů, tedy vč. zpětnovazebního režimu s automatickou úpravou parametrů. Na oddělení intenzivní péče je tento mód pravidelně využíván a je empiricky ověřeno, že jeho použití vede k efektivnějšímu a současně rychlejšímu odpojení pacienta od umělé plicní ventilace.

Z výše uvedených důvodů zadavatel trvá na původním znění Zadávací dokumentace.

Znění žádosti vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Pro část 5 - Ventilátory

Bod. 24 - modul automatické kontroly tlaku v manžetě ETC kanyly s automatickým i ručním nastavením hodnot tlakování, modul integrovaný a synchronizovaný s průběhem ventilace

Zadavatel uvádí parametr, který může splnit jediný dodavatel. Bude zadavatel akceptovat i variantu bez možnosti kontroly tlaku v manžetě ETC, případně externí zařízení pro měření tlaku v manžetě, aby tak umožnil účast i dalším dodavatelům?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel toto kritérium jednoznačně definoval jako hodnotící kritérium A/N – viz. Zadávací dokumentace. Tzn. účastník, který nabídne technické řešení neobsahující předmětný parametr nebude z předmětného zadávacího řízení vyloučen, pouze za každé vyplnění NE, tj. za každý nesplněný parametr, účastník získává 0 bodů. Jeho účast v zadávacím řízení tak není omezena.

Znění žádosti vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Pro část 5 - Ventilátory

Zadavatel uvádí v technické specifikaci – Stacionární ventilátor nejvyšší řady 2 ks
Bod. 29 - zvlhčovač s nastavitelným gradientem zvlhčení, ovládání zvlhčovače přímo přes display ventilátoru

Zadavatel požaduje mechanismus, který může splnit jediný dodavatel. Bude zadavatel akceptovat i variantu zvlhčovače s nastavitelným gradientem bez možnosti ovládání přes display ventilátoru, aby tak umožnil účast dalším uchazečům?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel toto kritérium jednoznačně definoval jako hodnotící kritérium A/N – viz. Zadávací dokumentace. Tzn. účastník, který nabídne technické řešení neobsahující předmětný parametr nebude z předmětného zadávacího řízení vyloučen, pouze za každé vyplnění NE, tj. za každý nesplněný parametr, účastník získává 0 bodů. Jeho účast v zadávacím řízení tak není omezena.

Znění žádosti vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Pro část 5 - Ventilátory

Bod. 59 - automatický zpětnovazební ventilační režim udržující ventilační parametry pacienta, hodnotící aktuální fyziologické parametry pacienta, a dle naměřených hodnot ETCO2 upravující parametry ventilace pro odvykání z UPV

Zadavatel uvádí stejně jako u ventilátorů nejvyšší řady. Bude zadavatel akceptovat i ventilátor, který nemá automatický zpětnovazební režim s nastavením z naměřených hodnot EtCO2, aby umožnil účast více než jednomu účastníkovi?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Zadavatel toto kritérium jednoznačně definoval jako hodnotící kritérium A/N – viz. Zadávací dokumentace. Tzn. účastník, který nabídne technické řešení neobsahující předmětný parametr nebude z předmětného zadávacího řízení vyloučen, pouze za každé vyplnění NE, tj. za každý nesplněný parametr, účastník získává 0 bodů. Jeho účast v zadávacím řízení tak není omezena.

Znění žádosti vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Pro část 5 - Ventilátory

Bod. 64 - zvlhčovač s nastavitelným gradientem zvlhčení, ovládání zvlhčovače přímo přes display ventilátoru Zadavatel požaduje stejný mechanismus jako u ventilátorů nejvyšší třídy, který může splnit jediný dodavatel. Bude zadavatel akceptovat i variantu zvlhčovače s nastavitelným gradientem bez možnosti ovládání přes display ventilátoru, aby tak umožnil účast dalším uchazečům?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Zadavatel toto kritérium jednoznačně definoval jako hodnotící kritérium A/N – viz. Zadávací dokumentace. Tzn. účastník, který nabídne technické řešení neobsahující předmětný parametr

nebude z předmětného zadávacího řízení vyloučen, pouze za každé vyplněné NE, tj. za každý nesplněný parametr, účastník získává 0 bodů. Jeho účast v zadávacím řízení tak není omezena.

V Brně, dne 27. 6. 2022