



Příloha č. 4: kupní smlouva

VZ: „Dodávka a instalace ultrazvukových přístrojů, včetně příslušenství“

## KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### 1. Smluvní strany

Společnost: **Electric Medical Service, s.r.o.**  
IČ: 49970267  
Sídlo/Místo podnikání: Ledce 74, 664 62  
Zastoupená: Ing. Ondřejem Podlouckým, prokuristou  
Bankovní spojení: Citibank a.s.  
Číslo účtu: 2520450100/2600  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 13525

dále též jako „**prodávající**“ na straně jedné,

a

Společnost: **Nemocnice Boskovice s.r.o.**  
IČ: 269 25 974  
DIČ: CZ26925974  
Se sídlem: Otakara Kubína 179, 680 01 Boskovice  
Zastoupená: Ing. Miloslavem Kavkou, MBA, jednatelem  
Bankovní spojení: Česká spořitelna  
Číslo účtu: 1888779399/0800  
Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 45305

dále též jako „**kupující**“ na straně druhé,

uzavřeli níže uvedeného data tuto kupní smlouvu.

### 2. Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem této kupní smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu **2 ks ultrazvukového přístroje LOGIQ P9**, výrobce GE Healthcare (dále též jako „**zboží**“) a umožnit mu nabytí vlastnického práva ke zboží a dále závazek kupujícího řádně dodané zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu sjednanou kupní cenu.
- 2.2. Zboží je blíže specifikováno v nabídce, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Spolu se zbožím bude dodán návod k obsluze v českém jazyce.
- 2.3. Proávající dále prohlašuje, že má veškerá oprávnění, jakož i vybavení, k plnění povinností dle této smlouvy.



Příloha č. 4: kupní smlouva

VZ: „Dodávka a instalace ultrazvukových přístrojů, včetně příslušenství“

2.4. Tato smlouva je uzavřena na základě nabídky prodávajícího ve veřejné zakázce „Dodávka a instalace ultrazvukových přístrojů, včetně příslušenství“. Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu s nabídkou prodávajícího učiněnou v této veřejné zakázce a v souladu se všemi podmínkami zadávací dokumentace.

### 3. Doba, místo a způsob dodání

- 3.1. Prodávající se zavazuje dodat zboží nejpozději do 8 týdnů od podpisu této smlouvy, nejpozději pak do 20. 12. 2023. Pokud nebude zboží prodávajícím dodáno ve stanoveném termínu, je kupující oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 3.2. Místem dodání zboží je sídlo kupujícího.
- 3.3. Dodání zboží v souladu s touto smlouvou a jeho převzetí kupujícím bude potvrzeno podpisem kupujícího na dodacím listu. Okamžikem podpisu dodacího listu kupujícím přechází nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo ke zboží na kupujícího. Za kupujícího je k převzetí zboží oprávněn Ing. Milan Lepš nebo Ing. Oldřich Keršner.
- 3.4. Kupující je oprávněn nepřevzít zboží zejména, pokud prodávající nedodá zboží v dohodnutém množství nebo kvalitě, dodá zboží opožděně, zboží bude poškozené nebo prodávající nedodá všechny potřebné doklady ke zboží.

### 4. Kupní cena a platební podmínky

- 4.1. Kupní cena zboží činí **2.399.000,- Kč bez DPH**, tj. včetně 21 % DPH: 2.902.790,- Kč.
- 4.2. Kupní cena zboží je stanovena dohodou jako cena konečná, maximální, nejvýše přípustná a zahrnuje rovněž náklady související s dodávkou zboží, zejména:
  1. dodávku, dopravu, montáž a instalaci zařízení na místo plnění,
  2. odvoz a likvidaci obalového materiálu,
  3. komplexní zaškolení určené obsluhy zadavatele,
  4. provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, seřízení, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných dokladů, jimiž bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů předmětu plnění,
  5. předání veškeré technické dokumentace k zařízení s popisem v českém jazyce,
  6. zajištění servisu během záruční doby včetně provádění pravidelných bezpečnostně-technických kontrol, včetně dopravy na místo provádění a vystavení příslušných protokolů,
  7. zajištění a provozování technické telefonické podpory Hot line zařízení,
  8. zahájení servisního zásahu nejpozději do 24 hodin od nahlášení, odstranění závady do 5 pracovních dnů, při delší závadě zapůjčení náhradního přístroje
- 4.3. Úhrada kupní ceny bude kupujícím prováděna bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy, a to na základě daňového dokladu - faktury vystavené prodávajícím



Příloha č. 4: kupní smlouva

VZ: „Dodávka a instalace ultrazvukových přístrojů, včetně příslušenství“

v souladu s dodacím listem. Faktura musí být vystavena a doručena kupujícímu nejpozději do 27. 12. 2023.

- 4.4. Splatnost faktury je 30 dnů od data doručení faktury kupujícímu. Fakturu, která nebude mít veškeré náležitosti řádného daňového a účetního dokladu, je kupující oprávněn vrátit. V takovém případě běží ode dne doručení nové/opravené faktury kupujícímu nová lhůta splatnosti.
- 4.5. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny či její části je prodávající oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.

## **5. Odpovědnost za vady, záruka za jakost**

- 5.1. Není-li uvedeno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran z vadného plnění příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 5.2. Na dodané zboží poskytuje prodávající záruku za jakost v délce 24 měsíců. Záruční doba běží od okamžiku převzetí zboží kupujícími. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání řádnému užívání zboží. V případě dodání nového zboží běží ode dne jeho převzetí kupujícími nová záruční doba.
- 5.3. V záruční době se prodávající zavazuje k servisní reakci nejpozději do 24 hodin od oznámení vad kupujícími (písemně, emailem či telefonicky) a uvést zboží do provozu nejpozději do 5 pracovních dnů. Jestliže se prodávajícímu nepodaří zboží uvést do provozu ve výše uvedené lhůtě, zavazuje se prodávající v záruční době zapůjčit kupujícímu do bezplatného užívání náhradní zboží srovnatelných parametrů, a to po celou dobu nutné opravy.
- 5.4. Ukáže-li se, že vada zboží je neodstranitelná, nebo v případě, že prodávající neodstraní vady zboží včas, nejpozději do 30 dnů od dne oznámení, je kupující oprávněn požadovat dodání nového zboží shodných nebo lepších parametrů, nebo od této smlouvy odstoupit.
- 5.5. Náklady spojené s odstraňováním vad zboží, za které odpovídá prodávající, hradí v plné výši prodávající (cestovné, náhradní díly, materiál, apod.).

## **6. Servis**

- 6.1. Proávající se zavazuje zajišťovat záruční servis zboží včetně dodávek náhradních dílů.
- 6.2. Kontaktní osobou k provádění servisu na straně kupujícího je:  
Jméno a příjmení: Ing. Milan Lepš, vedoucí OZT  
Tel.: 736 674 454 email: [milan.leps@nembce.cz](mailto:milan.leps@nembce.cz)
- 6.3. Kontaktní osobou k provádění servisu na straně prodávajícího je:  
Jméno a příjmení: Ing. Pavel Horák  
tel: 543 524 381  
email: [horak@emsbrno.com](mailto:horak@emsbrno.com)
- 6.4. Ke změně údajů o kontaktních osobách postačí písemné oznámení doručeného druhé smluvní straně.



Příloha č. 4: kupní smlouva

VZ: „Dodávka a instalace ultrazvukových přístrojů, včetně příslušenství“

## **7. Obecná ustanovení**

- 7.1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s uzavřením této smlouvy. Tím není dotčena povinnost zveřejnit obsah této smlouvy či jiné skutečnosti týkající se smluvního vztahu založeného touto smlouvou, a to v rozsahu stanoveném zákonem.
- 7.2. V případě zániku této smlouvy, nebo v případě, že bude tato smlouva shledána neplatnou nebo neúčinnou, zůstávají zachována ta práva a povinnosti, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení této smlouvy. To platí zejména pro právo požadovat smluvní pokutu, náhradu újmy vzniklé porušením této smlouvy nebo závazek zachovávat mlčenlivost.
- 7.3. V případě prodlení prodávajícího s plněním závazků dle této smlouvy je prodávající povinen každý den prodlení zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží bez DPH, kterého se prodlení týká. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody v plné výši.
- 7.4. V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, se podpisem této smlouvy prodávající zavazuje poskytnout kontrolním orgánům a kupujícímu veškerou potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly. Závazek rovněž zahrnuje právo přístupu poskytovatele dotace v rámci kontroly k dokumentům, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole).
- 7.5. Proávající je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s předmětem této smlouvy včetně účetních dokladů, po dobu nejméně 10 let ode dne podpisu smlouvy. Každý daňový doklad bude označen číslem projektu (CZ.06.6.127/0.0/0.0/21\_121/0016358). Proávající se zavazuje zajistit stejné podmínky u poddávatele, pokud jeho služeb k plnění předmětu smlouvy využije.
- 7.6. Proávající je povinen dodržet požadavky na publicitu stanovené v čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 a v pravidlech pro publicitu v rámci Evropských fondů, veřejně dostupných, a to ve všech dokumentech vztahujících se k předmětu plnění této smlouvy, pokud kupující nestanoví jinak.
- 7.7. Proávající je povinen zpracovávat všechny součásti a dokumenty související s předmětem smlouvy v průběhu plnění smlouvy v českém jazyce a vést všechna jednání, vč. jednání na pracovní úrovni v průběhu plnění smlouvy v českém jazyce.
- 7.8. Proávající bude minimálně po dobu 10 let ode dne podpisu smlouvy poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvoří výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytne jim při provádění kontroly součinnost. Proávající se zavazuje zajistit stejné podmínky u poddávatele, pokud jeho služeb k plnění předmětu smlouvy využije.
- 7.9. Tato smlouva podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění, podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv, zřízeném na základě citovaného zákona. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv postupem podle citovaného zákona zajistí kupující.



Příloha č. 4: kupní smlouva

VZ: „Dodávka a instalace ultrazvukových přístrojů, včetně příslušenství“

## 8. Závěrečná ustanovení

- 8.1. Pokud některé z ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či neúčinným, nemá tato skutečnost vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení bez zbytečného odkladu nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude odpovídat účelu ustanovení předchozího.
- 8.2. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 8.3. Jakékoli změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze ve formě písemných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Totéž platí i pro vzdání se písemné formy.
- 8.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu. V případě, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
- 8.5. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě.
- 8.6. Smluvní strany si smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

Přílohy:

- 1) Technická specifikace

.....  
Za Electric Medical Service, s.r.o.  
Ing. Ondřej Podloucký, prokurista

.....  
Za nemocnici Boskovice s.r.o.  
Ing. Miloslav Kavka, MBA  
jednatel



Příloha č. 1: Technická specifikace předmětu veřejné zakázky  
„Dodávka a instalace ultrazvukových přístrojů, včetně příslušenství“

## Technická specifikace

### Ultrazvukový přístroj – 2 ks

- Monitor s úhlopříčkou alespoň min. 23" - Ano, 23,8" LCD
- 4 aktivní konektory pro připojení 2D/3D sond - Ano, 4 konektory
- Stranově i výškově nastavitelný ovládací panel - Ano
- Dotykový pomocný display min. 10" - Ano, 10,4" touchscreen
- Požadovaná zobrazení:
  - B-mode v základních frekvencích - Ano
  - Harmonické zobrazení na všech sondách - Ano
  - Spektrální doppler – PW - Ano
  - CW doppler - Ano
  - Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) - Ano
  - Výkonový a směrový výkonový doppler (direkcionální power doppler - PDI), - Ano
  - Barevné mapování toku se zvýšenou citlivostí – např: HD-flow, Dynamic flow - Ano, HD Color
  - Zobrazení krevního toku (prokrvení) na bázi substrakce obrazu bez použití dopplerovských metod a kontrastních látek - Ano, B-Flow
- HW klávesnice – integrovaná – zasouvací - Ano
- možnost duplikovat ultrazvukový obraz na dezinfikovatelný pomocný dotykový ovládací panel nebo zrcadlit na externí zobrazovač (bezdrátově přes wifi nebo BT) a ovládat tak systém pomocí gest – při použití u sterilních intervenčních procedur - Ano, Logiq Apps
- Měření jak v live, tak ve zmrazeném obraze - Ano
- Automatické měření parametrů dopplerovského spektra - Ano
- Automatické optimalizace 2D, TGC a Dopplera - Ano, ATO a CTO
- ZOOM – prosté zvětšení obrazu (read&write; panzoom) - Ano
- ZOOM s vysokou citlivostí (high definition zoom) - Ano
- DICOM 3.0 plná konektivita - Ano, DICOM 3.0
- SW Nastavení TGC v osmi stupních - Ano, 8 stupňů
- Modul pro odrušení ultrazvukových speklí s možností nastavení úrovně v minimálně 5-ti krocích v B obraze i v B obraze s barevným Dopplerem - Ano, 6 kroků
- Modul pro compaundní (úhlové) zobrazení s možností nastavení až ve čtyřech úrovních v B obraze i v B obraze s barevným Dopplerem - Ano, 9 úrovní
- Archivace hrubých dat, správa patientských dat a archivace obrázků a smyček – systém musí archivovat všechna provedená vyšetření v digitálním formátu hrubých dat (s možností zachování obrazových parametrů, možností měření na uložených datech ve 2D a dopplerovy včetně změny korekčního úhlu) a windows formátů (JPG, AVI, WMA, BMP) na harddisk a DVD/CD-RW, 2 USB porty, snadné zálohování uložených dat - Ano

- Váha max. 70 kg – **Ano, 67 kg**
- Podpora sond typu matrix (více-elementové sondy s uspořádáním krystalů-piezoelektrických elementů v několika řadách nad sebou, minimálně 1000 elementů – piezoelektrických krystalů) – **Ano, např. sonda ML6-15-RS**
- Podpora 2D sond typu single crystal – **Ano, např.: 3Sc-RS**
- software pro analýzu průtoku ve tkáních pro dopplerovské módy, analýza ve formě TIC křivek, nutná funkcionality i na archivovaných datech – **Ano, CF/PDI Quantification**
- podpora volumové navigace s dalšími zobrazovacími modalitami (CT, MR, UZ) na monitoru přístroje - porovnání nálezů z USG s nálezy načtenými do přístroje ve formátu DICOM z dalších zobrazovacích modalit (např.: CT, MRI, ...) - **Ano**
- podpora SWE Shear Wave elastografie včetně UGAP - **Ano**
- integrovaná baterie pro možnost skenování bez připojení k elektrické síti až na 60 minut provozu - **Ano**

#### **Požadované sondy:**

- 2 ks - konvexní sonda, frekvence min 1-6 MHz, abdominální aplikace, harmonické zobrazení – **Ano, sonda C1-5-RS, frekvence 1-6 MHz, 192 elementů**
- 2 ks - lineární sonda, frekvence min 3-12 MHz, min. 190 elementů, harmonické zobrazení - **Ano, sonda 12L-RS, frekvence 3-12 MHz, 192 elementů**
- 2 ks - fázová sonda, frekvence min 2-4 MHz, sonda typu single crystal, harmonické zobrazení – **Ano, sonda 3Sc-RS, frekvence 1-5 MHz, sonda typu single crystal**
- 1 ks – lineární sonda, frekvence min 4-12 MHz, min. 190 elementů, harmonické zobrazení – **Ano, sonda 11L-D, frekvence 4-12 MHz, 192 elementů**